

Министерство здравоохранения  
Волгоградской области  
государственное  
учреждение здравоохранения  
«Городская клиническая больница  
скорой медицинской помощи № 25»,  
Волгоград (ГУЗ «ГКБСМП № 25»)  
им. Землячки ул., 74, Волгоград, 400138  
тел.(8442) 58-54-26? факс (8442) 54-60-26  
E-mail: kbsmp25@votiac.ru  
ОКПО 01920688, ОГРН 1023402982877,  
ИНН/КПП 3443028748/344301001

Генеральному директору  
ОАО «УПЗ»  
Морозову А.А.

04.04.2013 11/3460

### Заключение об аппарате ИВЛ «АВЕНТА»

Аппарат ИВЛ «АВЕНТА» предоставлен ОАО «УПЗ» г.Екатеринбург для клинической апробации с целью выдачи заключения об эксплуатационных характеристиках. Аппарат производится ОАО «Уральский Приборостроительный Завод» как собственная разработка.

Аппарат эксплуатировался с 16 апреля 2013г. по настоящее время. Пациентам было проведено общее количество ИВЛ – 7. Средний срок проведения ИВЛ – 2суток. Наиболее длительная ИВЛ – 3 суток. Возраст пациентов от 60 до 72-х лет.

За время эксплуатации аппарат не имел технических неисправностей, быстро освоен персоналом отделения. Во всех режимах аппарат показал адекватную работу с высоким качеством респираторной поддержки, которое оценивалось лабораторными и клиническими способами обследования.

Аппарат ИВЛ «АВЕНТА» прост и удобен в управлении, исключительно адекватно работает с триггерами в любых режимах вентиляции легких, с поддержкой давлением, имеет полную и наглядную информацию на дисплее.

Аппарат и его съемные части легко обрабатываются и стерилизуются доступными и стандартно принятыми для ЛПУ методами.

Следует отметить особые возможности аппарата: это комбинированные режимы вентиляции легких с контролируемым или управляемым давлением и гарантированным объемом, применяемых как для механической поддержки, так и для поддержки спонтанного дыхания. Кроме того возможен выбор автоматизированных программ подстроек для патологической дыхательной системы.

Эти возможности особенно необходимы для респираторной поддержки у пациентов с ОРДС, а так же с хроническими заболеваниями легких.

Респиратор «Авента» имеет возможность ВЛ на двух уровнях положительного давления и функцию неинвазивной ВЛ с компенсацией утечек во всех режимах.

Адаптивный режим ВЛ работает на основе автоматического учета измерений потока, объема, давления и респираторных индексов и рекомендуется для использования по показаниям в отделениях высокого категорийного уровня опытными врачами с наличием круглосуточного лабораторного мониторинга газов крови и КЩС.

По результатам апробации коллектив отделения считает возможным и необходимым рекомендовать аппарат ИВЛ «Авента» для самого широкого применения в реанимационно-анестезиологических отделениях всех категорийных уровней г. Волгограда и Волгоградской области.

Главный врач



А.С. Попов

Исполнитель: зав. ОРИТ-3 С.И. Сукачѐв

