

Государственное учреждение здравоохранения

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА



Россия, 194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 45 - 49,
тел. 558-55-55, факс 592-24-64, e-mail: admin@oblmed.spb.ru

08.11.2011. № 01.19/1862

Отзыв об аппарате ИВЛ «ВЕЛА», производства «Уральского
приборостроительного завода».

Аппарат искусственной вентиляции легких «ВЕЛА», производства «Уральского приборостроительного завода» находился в эксплуатации в отделении реанимации и интенсивной терапии N 1 Ленинградской областной клинической больницы с июля по октябрь 2011 года.

За это время аппарат использовался для проведения ИВЛ 15 пациентам с различной патологией: тяжелой черепно-мозговой травмой, тяжелой политравмой, деструктивным панкреатитом, абдоминальным сепсисом, и тд. Длительность ИВЛ составляла от нескольких часов до 18 суток. Возраст пациентов колебался от 18 до 76 лет.

Во всех случаях использование данного респиратора было эффективно и безопасно и позволяло проводить эффективную искусственную вентиляцию лёгких в разных режимах. Эффективность ИВЛ контролировалась по клиническим признакам, данным пульсоксиметрии и

показателям газового состава крови пациентов. В ходе использования аппарата он продемонстрировал свою надёжность, сбоев и неполадок в его работе не отмечалось.

Можно так же отметить простоту и удобство управления, бесшумность работы, легкость, мобильность и малые габариты данного респиратора, а так же наличие встроенной аккумуляторной батареи.

По результатам апробации можно рекомендовать использование аппарата искусственной вентиляции легких «ВЕЛА», производства «Уральского приборостроительного завода» в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечебных учреждений.

Заместитель главного врача ЛОКБ
по экстренной помощи

Сливин О.А.

Исполнитель:
Зав. ОРИТ N1 Сатурнов А.В.



9.11.2011г.